

Vyhodnocení BAG-RePac 121°C



Indikátor před expozicí



Indikátor po expozici – test vyhovuje

Indikátor po expozici – test nevyhovuje



nedostatečné odvzdušnění sterilizační komory a/nebo nedostatečná teplota a/nebo krátká doba expozice

Indikátor po expozici – test nevyhovuje



Příliš mokrá pára



Příliš vysoká teplota resp. přehřátí



Doba expozice byla překročena