

Vyhodnocení BAG-RePac 134°C



Indikátor před expozicí



Indikátor po expozici – test vyhovuje

Indikátor po expozici – test nevyhovuje



nedostatečné odvzdušnění sterilizační komory a/nebo nedostatečná teplota a/nebo krátká doba expozice

Indikátor po expozici – test nevyhovuje



Příliš mokrá pára

Příliš vysoká teplota resp. přehřátí

Doba expozice byla překročena